

LAMPIRAN

SOP PENGISAPAN SEKRET	
PENGERTIAN	Mengevakuasi sekret yang terdapat pada jalan nafas dengan alat pengisapan sekret.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membersihkan jalan nafas pasien 2. Mempertahankan manajemen jalan nafas yang adekuat.
PROSEDUR	<p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji bunyi nafas pasien dengan mengauskultasi dada pasien. 2. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Kateter <i>suction</i> / closed <i>suction</i> b) Sarung tangan steril 1 buah c) Alat <i>suction</i> sentral atau portable d) NaCl 0,9% 25 cc. e) Spuit disposable 10 cc 1 buah 3. Cek fungsi <i>suction</i> dan resusitator bag 4. Set tekanan <i>suction</i>; dewasa (140 mmHg), 5. Jelaskan prosedur dan tujuannya kepada pasien. <p>B. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci tangan 2. Kenakan masker 3. Beri hiperoksigenasi pasien dengan memasang fraksi O₂ 100% atau <i>set suction preparation</i> pada ventilator selama 2 menit 4. Sambungkan selang <i>suction</i> dengan ujung kateter <i>suction</i>, pertahankan teknik steril. 5. Gunakan sarung tangan steril pada tangan yang dominan. 6. Ambil kateter <i>suction</i> yang steril dengan tangan yang menggunakan sarung tangan steril. 7. Gunakan tangan yang tidak menggunakan sarung tangan untuk

	<p>menghubungkan selang <i>suction</i> dengan kateter <i>suction</i>, pertahankan kateter <i>suction</i> dalam kondisi tetap steril.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Lepas flexi tube ventilator dari ETT pasien, gunakan tangan yang tidak steril. 9. Masukkan kateter <i>suction</i> ke dalam ETT hingga menyentuh karina, tarik kateter <i>suction</i> hingga 3 cm kemudian dengan cara rotasi tarik kateter keluar. Bila slem kental, beri Normal saline 2 cc untuk membantu mengencerkan sekret. Lama prosedur 10 detik. Ulangi bila perlu. 10. Ganti selang kateter, lakukan <i>suction</i> pada area mulut dan nasofaring. 11. Bilas kateter <i>suction</i> dengan cairan desinfektan, rendam kateter dalam kontainer yang berisi cairan desinfektan. 12. Sambungkan kembali flexi tube dengan ETT, beri model pernafasan yang sesuai untuk pasien. 13. Rapihkan alat-alat, dokumentasikan dalam lembar observasi harian. Catat warna, jumlah dan kekentalan secret
--	--